

Warszawa, 2020-12-02



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

DECYZJA NRL 4/2020

Na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568 i 1086), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 września 2020 r., który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 10 września 2020 r., uzupełnionego pismami z dnia 17 września 2020 r., które wpłynęło w dniu 18 września 2020 r. i z dnia 6 października 2020 r., które wpłynęło w dniu 7 października 2020 r., zgłoszonego przez Norsonic AS, Gunnersbråtan 2, N-3409 Tranby, Norwegia, zwaną dalej "stroną", oraz po stwierdzeniu, że prawna kontrola metrologiczna mierników poziomu dźwięku o oznaczeniu fabrycznym Nor145, produkowanych przez stronę, wykonana przez Federalną Jednostkę ds. Badań Fizyczno-Technicznych - Państwowy Instytut Metrologii (PTB) w Brunshwiku, Niemcy, potwierdzona wydanym przez tę instytucję metrologiczną certyfikatem badania typu nr DE-19-M-PTB-0027 rev. 1, z dnia 2 grudnia 2019 r., zapewnia jednolitość miar i dokładność pomiarów w stopniu co najmniej odpowiadającym przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 717), oraz że sposoby i metody badań, przeprowadzonych w celu wykazania spełniania przez te mierniki poziomu dźwięku wymagań, mogą być uznane za równoważne sposobom i metodom badań przeprowadzanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w celu wykazania spełniania przez te przyrządy wymagań określonych w ww. rozporządzeniu

UZNAJĘ

za równoważny zatwierdzeniu typu certyfikat badania typu nr DE-19-M-PTB-0027 rev. 1, z dnia 2 grudnia 2019 r., wydany przez Federalną Jednostkę ds. Badań Fizyczno-Technicznych - Państwowy Instytut Metrologii (PTB) w Brunshwiku, Niemcy, dotyczący mierników poziomu dźwięku

o oznaczeniu fabrycznym Nor145, produkowanych przez Norsonic AS, Gunnersbråtan 2, N-3409 Tranby, Norwegia.

UZASADNIENIE

Strona wnioskiem z dnia 9 września 2020 r., który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 10 września 2020 r., uzupełnionego pismami z dnia 17 września 2020 r., które wpłynęło w dniu 18 września 2020 r. i z dnia 6 października 2020 r., które wpłynęło w dniu 7 października 2020 r., wniosła o uznanie za równoważny zatwierdzeniu typu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, certyfikatu badania typu nr DE-19-M-PTB-0027 rev. 1, z dnia 2 grudnia 2019 r., wydanego przez Federalną Jednostkę ds. Badań Fizyczno-Technicznych - Państwowy Instytut Metrologii (PTB) w Brunshwiku, Niemcy, potwierdzającego dokonanie przez tę instytucję metrologiczną prawnej kontroli metrologicznej mierników poziomu dźwięku o oznaczeniu fabrycznym Nor145, produkowanych przez stronę.

Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, za równoważne zatwierdzeniu typu Prezes Głównego Urzędu Miar może uznać, w drodze decyzji, odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu pomiarowego przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne. Stosownie do treści § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 759), Prezes Głównego Urzędu Miar uznaje te dokumenty za równoważne zatwierdzeniu typu pod warunkiem, że prawna kontrola metrologiczna wykonywana w państwach, o których mowa w § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, zapewnia jednolitość miar i dokładność pomiarów w stopniu co najmniej odpowiadającym przepisom określającym wymagania, którym powinny odpowiadać poszczególne rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz że sposoby i metody badań przeprowadzonych w celu wykazania spełniania przez przyrząd pomiarowy wymagań mogą być uznane za równoważne sposobom i metodom badań przeprowadzanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w celu wykazania spełniania przez przyrząd pomiarowy tych wymagań.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów:

1. Certyfikat badania typu nr DE-19-M-PTB-0027 rev. 1, z dnia 2 grudnia 2019 r., data ważności 5 maja 2029 r.;

2. Zastosowane specyfikacje techniczne wymienione w części zatytułowanej "Uwagi wstępne" ww. certyfikatu DE-19-M-PTB-0027 rev. 1, tj.:
 - DIN EN 61672-1:2014-07 Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku - Część 1: Wymagania,
 - DIN 45657:2014-07 Mierniki poziomu dźwięku - Dodatkowe wymagania dotyczące specjalnych zadań pomiarowych,
 - Welmec 7.2 "Przewodnik po oprogramowaniu" (2015),
 - DIN EN 61260-1:2014:10 Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy;
3. Instrukcja obsługi, oprogramowanie analizatora w wersji 3.0, nor145 ANALIZATOR DŹWIEKU, wydanie w polskiej wersji językowej;
4. Zestawienie wymagań charakterystyk technicznych i metrologicznych mierników poziomu dźwięku – opracowane w Głównym Urzędzie Miar,

stwierdzono, że prawna kontrola metrologiczna mierników poziomu dźwięku o oznaczeniu fabrycznym Nor145, wykonana przez Federalną Jednostkę ds. Badań Fizyczno-Technicznych - Państwowy Instytut Metrologii (PTB), zapewnia jednolitość miar i dokładność pomiarów w stopniu co najmniej odpowiadającym przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, oraz że sposoby i metody badań, przeprowadzonych w celu wykazania spełniania przez te przyrządy pomiarowe wymagań, mogą być uznane za równoważne sposobom i metodom badań przeprowadzanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w celu wykazania spełniania przez te przyrządy pomiarowe określonych w ww. rozporządzeniu wymagań.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.



Z up. Prezesa
Głównego Urzędu Miar
Ryszard Kępcza
Dyrektor Biura Nadzoru i Kontroli

Otrzymują:

1. Systemy Pomiarowe sp. z o. o.
ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków
- upoważniony przedstawiciel Norsonic AS
2. GUM a/a.

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar - wszyscy